newster
The new age sterilization

ISO 9001:2015
50100482

WebApp per la Gestione da Remoto della Sterilizzazione on-site

Licenza e Manuale d'Uso

newster
In-Sight 4.0

Indice

1. Licenza d'Uso 3
1.1. Premessa 4
1.2. Condizioni Generali di Fornitura 4
1.3. Canone Annuale di Abbonamento 5
1.4. Pagamenti – Disdette - Sospensioni Serivizi 5
1.5. Utilizzo della WebApp 5
1.6. Divieti 6
1.7. Obblighi e Responsabilità del Cliente 7
1.8. Servizio Hosting 8
1.9. Garanzia e Responsibilità di Newster 8
1.10. Riservatezza dei Dati 10
1.11. Comunicazione 10
1.12. Controversie e Giurisdizione 11
2. Sezione Utilizzo 12
2.1. Generalità 13
2.2. Funzionalità 14
2.3. OVERVIEW 14
2.4. Machine Logbook 14
2.5. Installation Logbook 16
2.6. Ordinary Mainteinance 19
2.7. Extraordinary Mainteinance 21
2.8. Alert 21
2.9. Operators 22

1. Licenza d'Uso

1.1. Premessa

Newster System srl è una società che opera nel campo della progettazione, produzione e vendita di macchine per la sterilizzazione di rifiuti sanitari solidi pericolosi, acque reflue e rifiuti di laboratorio fluidi. La WebApp In-Sight 4.0 è in grado di acquisire, storicizzare e visualizzare le informazioni degli impianti dell'utilizzatore finale Newster, di seguito denominato "cliente".

I presenti termini di licenza costituiscono un contratto tra il "cliente" e l'autore dell'applicazione In-Sight 4.0. La applicazione è fornita dalla azienda Newster System S.r.l., di seguito denominata "Newster".

1.2. Condizioni Generali di Fornitura

Per mezzo del canone annuale di abbonamento, "Newster" trasferisce al "cliente" il diritto d'uso, su base non esclusiva, del programma WebApp di gestione mediante servizio hosting "In-Sight 4.0".

Una volta in possesso delle credenziali d'accesso, al "cliente" è fatto divieto di cederle o darle in sub-licenza a terzi a titolo gratuito o oneroso.

1.3. Canone Annuale di Abbonamento

1.3.1. Tutti i servizi indicati inclusi nella WebApp In-Sight 4.0 ed indicati nel modulo d'ordine come "servizio annuale" – "servizi annuali" – "canone annuale" – "investimento annuale" vengono forniti su base annua a far data la firma del modulo d'ordine/conferma d'oridine.

1.3.2. Il canone di abbonamento, salvo diversamente concordato tra le parti, è da considerarsi "a rinnovo automatico" a far data la firma del modulo d'ordine/conferma d'ordine per un massimo di cinque rinnovi.

1.4. Pagamenti – Disdette - Sospensioni Serivizi

1.4.1. Le modalità di pagamento dei servizi sono sempre indicate nel modulo d'ordine/conferma d'ordine.

1.4.2. In caso di insoluto totale o parziale delle scadenze concordate il "Newster" ha facoltà di: sospendere, previa comunicazione al "cliente", qualsiasi servizio reso al "cliente" stesso anche non collegato alla fattura insoluta specifica e richiedere tutti gli importi a lui relativi non ancora saldati annullando eventuali dilazioni di pagamento.

1.4.3. In caso il "cliente" persista nel non pagamento, il fornitore avrà facoltà di mettere in mora il cliente a cui saranno calcolati tutti gli interessi sugli importi dal giorno del primo insoluto e tutte le eventuali spese per il recupero del credito

1.5. Utilizzo della WebApp

1.5.1. La WebApp viene dato in utilizzo via web mediante un servizio di hosting. L'applicazione è concessa in licenza annuale, non venduta, dietro pagamento del canone annuo. Il presente contratto concede al "cliente" unicamente alcuni diritti d'uso dell'applicazione.

1.5.2. Qualora "Newster" revochi al cliente la capacità di utilizzare la applicazione, ai sensi del contratto tra il cliente e Newster, i diritti associati alla licenza si

estingueranno. "Newster" si riserva tutti gli altri diritti sulla WebApp oggetto del presente documento.

1.6. Divieti

1.6.1. La presente licenza d'uso non attribuisce alcun diritto sul programma sorgente, e tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel programma e nella relativa documentazione sono informazioni riservate di proprietà di "Newster".

1.6.2. In particolare è espressamente vietato: modificare la WebApp, incorporarlo in tutto o in parte in altri programmi, il everse engineering o qualsiasi altra operazione atta a ledere i diritti di "Newster".

1.6.3. Al "cliente" è fatto divieto di:

a) Aggirare le limitazioni tecniche presenti nell'applicazione;
b) Retroingegnerizzare, decompilare o disassemblare l'applicazione, fatta eccezione e solo entro i limiti espressamente permessi dalle disposizioni della normativa in materia di diritti di proprietà inerenti ai programmi informatici;
c) Produrre un numero superiore di copie dell'applicazione rispetto a quanto specificato in questo contratto o consentito dalla normativa applicabile, malgrado questa limitazione;
d) Pubblicare o altrimenti rendere disponibile l'applicazione ad altri utenti per consentirne la copia;
e) Noleggiare, affittare o prestare l'applicazione;
f) Trasferire l'applicazione o il presente contratto a parti terze;
g) Se non diversamente specificato nella Documentazione, è vietata la visualizzazione, la modifica, la riproduzione e la distribuzione dì qualsiasi file in archivio presente nel programma
h) Nel caso in cui la Documentazione consenta di visualizzare i file in archivio, il "cliente" non potrà distribuire gli stessi su base indipendente (stand alone), ovvero in circostanze nelle quali i file ili archivio rappresentino il valore principale del prodotto distribuito;

i) Il "cliente" accetta di utilizzare la WebApp esclusivamente secondo modalità conformi a tutte le leggi applicabili nella giurisdizione in cui avviene l'utilizzo dello stesso, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le limitazioni relative al copyright e ad altri diritti sulla proprietà intellettuale;

j) La WebApp e tutti i relativi diritti, includendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i diritti di proprietà associati, appartengono a "Newster" e sono protetti dalle disposizioni dei trattati internazionali, nonché da ogni altra legge nazionale applicabile nel paese di utilizzo della WebApp.

1.7. Obblighi e Responsabilità del Cliente

1.7.1. Il "cliente" si obbliga al puntuale pagamento del prezzo. In caso il cliente non mantenga il puntale pagamento dei servizi resi, "Newster" potrà sospendere senza nessun preavviso qualsiasi servizio attivo nei confronti del cliente fintanto che il pagamento non sarà onorato del tutto, in oltre verranno meno le eventuali dilazioni di pagamento fin li concordate.

1.7.2. Il "cliente" si impegna ed obbliga a tenere indenne Newster per ogni conseguenza gli dovesse derivare dall'utilizzazione illecita, indebita o contra legem dei servizi da quest'ultimo prestati, non essendo tenuto ad un controllo preventivo di sorveglianza.

1.7.3. Il "cliente" manleva "Newster" da qualsiasi responsabilità circa la perdita di e-mail dopo la prima visualizzazione, impegnandosi ad operare mediante programmi di posta elettronica che consentano la memorizzazione locale dei messaggi.

1.7.4. "Newster" non risponde di perdita dati dovuta a casi fortuiti o forza maggiore.

1.7.5. È onere del "cliente" verificare e controllare eventuali errori sussistenti sul sito e segnalarli al "Newster" che provvederà ad effettuare correzioni solo ed esclusivamente su indicazione espressa del "cliente" dando seguito alla richiesta entro 48 ore lavorative.

1.7.6. Il "cliente" tiene indenne il "fornitore" sia sostanzialmente che processualmente da qualsiasi perdita, danno, costo o spese e responsabilità derivanti da qualsiasi violazione inerente il presente articolo.

1.8. Servizio Hosting

Il servizio di hosting potrà essere gestito dall'autore della applicazione o tramite terze parti. In particolare l'autore della applicazione si riserverà di interrompere il servizio, oltre che per l'ordinaria manutenzione, anche nei casi in cui si verifichi un utilizzo del servizio che determini una situazione di pericolo o instabilità del programma o del server, dei traffici dati anomalo tale da impedire la normale erogazione del servizio in favore di altri clienti, qualora la pubblica autorità o altri soggetti terzi comunichino un uso illecito del servizio da parte del committente, in caso di manomissioni o interventi sul programma o sulla piattaforma.

1.9. Garanzia e Responsibilità di Newster

1.9.1. "Newster" si impegna costantemente nel miglioramento dei propri programmi e WebApp. A tal fine gli aggiornamenti e le migliorie apportate alla WebApp verranno comunicate al Cliente e messe a sua disposizione, insieme alle nuove release della stessa WebApp, senza ulteriori addebiti.

1.9.2. "Newster" è obbligata a portare a compimento il servizio od i servizi.

Il Servizio viene erogato sulla rete Internet, gestita da una pluralità di operatori/fornitori, pertanto "Newster" non risponde ad alcun titolo circa i disservizi inerenti la rete.

1.9.3. "Newster" garantisce la qualità del Servizio per la parte di sua competenza e presta assistenza tecnica limitatamente alla verifica circa l'accesso ai servizi oggetto del Contratto.

1.9.4. "Newster" non è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, per guasti e disservizi imputabili a cause fortuite, di forza maggiore o a fatto di terzi quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, eventi atmosferici, allagamenti, catastrofi, esplosioni, atti vandalici, furto, incendio cali di tensione o interruzione di corrente, guasti agli apparati di erogazione, intrusioni non autorizzate, attacchi hackers, crimini informatici e quant'altro possa impedire di fornire in tutto o in parte il Servizio concordato e/o arrecare danni al Cliente.

L'applicazione è concessa in licenza "così com'è" e "come disponibile". L'autore dell'applicazione (per proprio conto), "Newster" e i suoi agenti&distributori non concedono alcuna ulteriore garanzia, oltre a quelle previste in termini di legge.

1) L'autore, "Newster" dell'applicazione non è da ritenersi responsabile di contenuti utente o di altro materiale di parti terze, fra cui figurano collegamenti a siti Web di parti terze e attività fornite dagli utenti. Tali contenuti e attività non sono né attribuibili all'autore dell'applicazione né sono rappresentativi della sua opinione.
2) L'autore dell'applicazione "Newster" è ritenuto responsabile solo in caso di violazione degli obblighi materiali previsti dai presenti termini di licenza.
3) L'autore dell'applicazione "Newster", i propri ausiliari e/o rappresentanti legali non sono da ritenersi responsabili di danni e/o perdite finanziarie imprevedibili, con riferimento a danni indiretti, inclusa la perdita di profitti, salvo che l'autore dell'applicazione, i propri ausiliari e/o rappresentanti legali abbiano agito almeno con negligenza o colpa grave.
4) Le responsabilità legali che spettano all'autore dell'applicazione, compresa, senza limitazione, la responsabilità derivante dalla legge sulla responsabilità del

prodotto, nonché la responsabilità legale in caso di violazione della garanzia restano inalterate dalla limitazione di responsabilità.

5) Il medesimo principio si applica alla responsabilità dell'autore dell'applicazione, dei propri ausiliari e/o rappresentanti legali, in caso di frode o di lesioni personali o decesso causati dal comportamento negligente da parte dei suddetti soggetti.

1.10. Riservatezza dei Dati

1.10.1. Le reciproche informative sul trattamento dei dati sono scambiate oralmente tra le parti, le quali peraltro convengono nel considerare che i dati tra loro scambiati sono forniti per consentire l'esecuzione del Contratto.

1.10.2. In particolare, il "cliente" autorizza "Newster" ad utilizzare i dati forniti ai fini dell'esecuzione del contratto anche nel caso in cui ciò comporti pubblicazione su siti web.

1.10.3. Nell'esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie nonché la documentazione tutta fornita da ciascuna parte all'altra.

1.11. Comunicazione

Tutte le comunicazioni relative al presente accordo devono essere in forma scritta e consegnate per posta elettronica o PEC ai seguenti indirizzi:

Newster System S.r.l., Via Pascoli 26/28, 47853 Cerasolo di Coriano (RN) - Italia

mail: abascucci@newstergroup.com

PEC: newster.system.srl@cert.cna.it

Telefono: (+39) 0541/759160

Fax: (+39) 0541/759163

All'attenzione di: ANDREA BASCUCCI

1.12. Controversie e Giurisdizione

Il presente accordo è regolato dalla legge sostanziale italiana. Eventuali controversie relative al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, saranno risolte esclusivamente dal tribunale di Rimini (Italia).

Il Contratto è soggetto per tutto quanto non previsto alla legge italiana.

2. Sezione Utilizzo

2.1. Generalità

La WebApp "In-Sight 4.0", garantisce l'interconnessione con i sistemi gestionali senza la necessità di alcun accesso alla rete informativa interna della struttura sanitaria. I macchinari Newster, identificati univocamente tramite un indirizzo IP prestabilito, scambiano dati con "In-Sight 4.0" tramite protocollo HTTP su rete VPN (Virtual Private Network). I file sono formattati in formato standard CSV. In-Sight 4.0 scambia informazioni con il sistema informativo del cliente tramite protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e file formattati CSV.

L'integrazione automatizzata con il sistema logistico del cliente può avvenire in due diverse modalita:

a) RETE FORNITURA: Possibilità di invio ordine automatico per componenti consumabili tramite il protocollo SMTP e file .csv.

b) SISTEMA LOGISTICO: Possibilità di inviare in modo automatico i dati per la compilazione del registro di carico/scarico dei software gestionali ambientali.

2.2. Funzionalità

"In-Sight 4.0" presenta la seguente struttura

a) OVERVIEW: dati generali installazione;
b) Machine Logbook: Registro Macchina
c) Installation Loogbook: Registro Installazione;
d) Ordinary Mainteinance: Registo Manutenzione Ordinaria
e) Extraordinary Mainteinance: Registro Manutenzione Straordinaria;
f) Alert: Registro Allarmi;
g) Operator: Registo Operatori.

2.3. OVERVIEW

La pagina "Overview" contiene tutti dati identificativi dell'intallazione comprensiva la sua geolocalizzazione:



Figura 1: Schemata Overview

2.4. Machine Logbook

La pagina "Machine Loogbook contiene il registro macchina con i dati principali di performance (kg/h, Riduzione Peso, Consumo Idrico, Consumo Energetico e Contenitori Lavati) e il registro dei cicli di sterilizzazione identificati con un numero unico.

Figura 2: Machine Logbook

Tramite un semplice click su ogni ciclo, è possibile visualizzare i dati caratteristici del ciclo:

a) Data;
b) Numero Ciclo;
c) Durata;
d) Risutato;
e) Errore (in caso di mancata sterilizzazione).
f) Performance kg/h;
g) Riduzione Peso;
h) Curva di Temperatura (Punto di Sterilizzazione);
i) Consumi Energetici
   Consumi Idrici
j) Contenitori Lavati



Figura 3: Registro Ciclo di Sterilizzazione

2.5. Installation Logbook

La pagina "Installation Logboo" permette di gestire l'isola ecologica nella quale lo sterilizzatore Newster è allocato e gestirne tutta la documentazione amminstrativa, ambientale e di sicurezza:

a) Registro di Carico: è possibile registrare on-line i dati relativi al carico del rigistro di carico/scarico della struttura sanitaria. Viene creato un file .csv cliccando "SUBMIT"



Figura 4: Popup per il caricamento dei dati "Registro di Carico/Scarico"

b) DVRI: è possibile il carico e il download del "Documento Valutazione Rischi da Interferenze – DVRI". In modo automatico, in base alla data di caricamento, viene evidenziata la scandeza del documento stesso (scritta di colore rosso superata la scadenza);



Figura 5: Archivio DVRI

c) Analysis: è garantito il caricamento deli certificati analitici con l'indicazione della relativa validatidà (scritta di colore rosso superata la scadenza);



Figura 6: Analisi Ambientali

d) Efficacy Test: è possibile il carico dei ceritificati analtici relativi alle prove di verifica dell'efficacia del processo di sterilizzazione. Viene indicato anche la scandeza dela relativa validità (scritta di colore rosso superata la scandenza);



Figura 7: Archivio Prove di Efficacia di Sterilizzazione

e) Convalida: è possibile il caricamento e il download delle relazioni tencniche relative alla convalida impianto (avvio, ogni 24 mesi o in seguit a Manutenzione Straordinaria).



Figure 8: Archivio Convalide Impianto

2.6. Ordinary Mainteinance

Nella pagina delle Manutenzione Onrdinarie e possibile controllare la “vita residua” dei componeti consumabili colcolata in maniera automatica rispetto alle due manutenzioni predenti:



Figura 9: Pagina Manutenzioni Ordinarie

Cliccando su ogni singolo componente è possibile visualizzare la stora delle manutenzioni a suo carico.



Figure 10: Archivio Manutenzione Singolo Componente

Con un semplice click sul carrello è possibile creare la “Shopping List” ed iviare l’ordie fornitore tramite “Checkout”.



Figura 11: Modulo Invio Ordine

2.7. Extraordinary Mainteinance

La pagina delle manutenzioni straordinarie permette il caricamento della scheda attività con l'indicazione della data e del manutentore che ha eseguito i lavori.
Il caricamento della scheda autmaticamente ricalcola i tempi per la validità della convalida impiato.



Figure 12: Pagina Manutenzioni Straordinarie

2.8. Alert

La pagina "Alert" mantiene aggiornato l'achivio degli allarmi. E possibile interrogare il data base sia per tipo di allarme sia per periodo temporale impostato.



Figure 13: Archivio Allarmi

2.9. Operators

La pagina “Operators” fornisce l’indicazione degli operatori abilitati alla conduzione dell’impianto. Ogni operatore, identificato con un ID univoco, viene poi riportat come dato nella pagina “Registro Ciclo Sterilizzazione”.

newster®
The new age sterilization

ISO 9001:2015
50100482

User Manual for Industrial Scale integrated with Newster technologies

Industrial Scale User Manual

newster® NW5

newster® NW15

newster® NW50

Index

1. General Information 3
1.1. Preamble 4
2. Use 5
2.1. Location 6
2.2. Registration of the weight of the waste to be sterilizied (CER 18.01.03) 6
2.3. Registration of the weight of the sterilized waste (CER 20.03.01) 8

1. GENERAL INFORMATION

1.1. Preamble

The present user manual is for those Newster System srl clients that have purchased one or more NW5-NW15-NW50 sterilizers for the treatment of infectious healthcare waste and contains operative indications for the integration and use of the “Cogo Bilance” industrial scale. Infact for a correct management of potentially infectious healthcare waste it is important to register the kg of waste in entrance to the sterilizer and also kg in exit at the end of the cycle. The present user manual illustrates the various steps of the registration of the weight of the waste to be sterilizied, the subtraction of the weight of the collection bin containing the waste and the weight of the sterilized waste.

Proper use

The “Cogo Bilance” industrial scale is to be considered “not automatic”, meaning that the waste to be weighed in its container is placed with caution by hand in the middle of the scale plate. The weighing value can be read after the weight indication has stabilized.

2. USE

2.1. Location

- The “Cogo Scale” connected to the Newster sterilizer provides reliabile weight reading only if the following rules are respected :
- The scale must be placed on a flat and stable area;
- Avoid impact during weighing phase;
- The scale must be protected from the eventual presence of vapor and dust

2.2. Registration of the weight of the waste to be sterilizied (CER 18.01.03)

Placed the bin containing the potentally infectious medical waste to be treated on the scale.

- STEPS

Press the scale’s plus button to sum the “kg weight” of the waste to be sterilized . Repeat the above operation with each bin untill you reach the kg of potentially infectious waste necessary for each cycle. The total kg of potentally infectious medical waste varies according the the Newster sterilizer model (NW5-NW15-NW50) connected to the “Cogo Scale”.

The total weight is indicated under “total”. Manually indicate the total number of bins weighed.

After weighing the bins push the button

to register the pre-treatment data

-SUBTRACTION OF THE WEIGHT OF WASTE TO BE STERILIZED

When necessary, push the minus button **to deduct** "kg weight" from "scale weight".

- TO ZERO THE WEIGHT OF THE WASTE TO BE STERILIZED

When necessary, push the zero button 

to zero " kg weight", "scale weight" and the "total".

2.3. Registration of the weight of the sterilized waste (CER 20.03.01)

Press the green and red buttons at the same time for at least two seconds in order to zero the kg weighed.

- SUM OF THE WEIGHT OF THE WASTE TO BE STERILIZED

Press the plus botton

to sum the "Kg weight" of the sterilized waste with the "scale weight" at the end of every sterilization cycle. The total weight is indicated in the "total".

After the weighing press the

post treatment register button.

- SUBTRACTION OF THE WEIGHT OF WASTE STERILIZED

When necessary, push the minus button

to deduct "kg weight" from "scale weight".

- - TO ZERO THE WEIGHT OF THE WASTE STERILIZED

When necessary, push the zero button 

to zero " kg weight", "scale weight" and the "total".

newster®
The new age sterilization

ISO 9001:2015
50100482

Manuale d'istruzioni per l'uso Bilancia
Industriale integrata a tecnologie Newster

Manuale d'Uso Bilancia

Industriale

newster® NW5

newster® NW15

newster® NW50

Indice

1. Informazioni generali 3
1.1. Premessa 4
1.2. Uso conforme alla destinazione 4
2. Utilizzo 5
2.1. Posto di collocamento, posto di utilizzo 6
2.2. Registrazione del peso del rifiuto da sterilizzare (CER 18.01.03) 6
2.3. Registrazione del peso del rifiuto sterilizzato (CER 20.03.01) 8

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Premessa

Il presente manuale è diretto ai clienti Newster System srl che hanno acquistato uno o più sterilizzatori di rifiuti sanitari a rischio infettivo NW5-NW15-NW50 e contiene indicazioni operative per l'integrazione e l'utilizzo della bilancia industriale "Cogo Bilance". Infatti ai fini di una corretta gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è importante la registrazione dei kg di rifiuti in ingresso allo sterilizzatore e di quelli in uscita, ovvero alla fine del processo di trattamento. Detto questo, il presente manuale intende mostrare le diverse fasi relative alla registrazione del peso del rifiuto da sterilizzare, della sottrazione dei peso dei bidoni contenenti il rifiuto e del peso del rifiuto sterilizzato.

1.2. Uso conforme alla destinazione

La bilancia "Cogo Bilance" acquistata serve a determinare il peso del materiale pesato. Deve considerarsi "bilancia non autonoma", vale a dire che il rifiuto da pesare, comprensivo del suo contenitore, va collocato con cautela a mano in centro al piatto della bilancia. Il valore di pesata può essere letto dopo che l'indicazione del peso rilevato dalla bilancia si è stabilizzato.

2. UTILIZZO

2.1. Posto di collocamento, posto di utilizzo

- La bilancia "Cogo Bilance" integrata allo sterilizzatore Newster fornisce valori di pesatura affidabili solo se vengono rispettate le seguenti regole;
- La bilancia deve essere collocata su una superficie stabile e piatta;
- Evitare urti durante la pesta;
- La bilancia deve essere protetta dall'eventuale presenza di vapori e polvere

2.2. Registrazione del peso del rifiuto da sterilizzare (CER 18.01.03)

Posizionare il bidone con all'interno il rifiuto sanitario a rischio infettivo da sterilizzare sulla bilancia.

- SOMMATORIA DEL PESO DEL RIFIUTO DA STERILIZZARE

Premere il pulsante per sommare il "peso kg" del rifiuto da sterilizzare al "peso bilancia". Ripetere l'operazione per ogni bidone necessario al raggiungimento dei kg di rifiuti solidi a rischio infettivo necessari per l'avvio di ogni ciclo. I kg totali di rifiuti solidi a rischio infettivo variano in base alla taglia dello sterilizzatore Newster (NW5-NW15-NW50) abbinato alla bilancia "Cogo Bilance".

Il peso totale complessivo viene mostrato nel "totale". Inserire manualmente il numero totale dei bidoni pesati.

Terminata la pesatura premere il pulsante

.

-SOTTRAZIONE DEL PESO DEL RIFIUTO DA STERILIZZARE

Qualora necessario, premere il pulsante

per sottrarre il “peso kg” al “peso bilancia”.

-AZZERAMENTO DEL PESO DEL RIFIUTO DA STERILIZZARE

Qualora necessario, premere il pulsante 

per azzerare il “peso kg”, il “peso bilancia” ed il “totale”.

2.3. Registrazione del peso del rifiuto sterilizzato (CER 20.03.01)

Premere contemporaneamente il pulsante verde e rosso per meno di due secondi per azzerare i kg in pesatura.

- SOMMATORIA DEL PESO DEL RIFIUTO DA STERILIZZARE

Premere il pulsante per sommare il "peso kg" del rifiuto sterilizzato al "peso bilancia" alla fine di ogni ciclo di sterilizzazione. Il peso totale complessivo viene mostrato nel "totale".

Terminata la pesatura premere il pulsante .

-SOTTRAZIONE DEL PESO DEL RIFIUTO STERILIZZATO

Qualore necessario, premere il pulsante per sottrarre il "peso kg" al "peso bilancia".

-AZZERAMENTO DEL PESO DEL RIFIUTO STERILIZZATO

Qualora necessario, premere il pulsante 

per azzerare il “peso kg”, il “peso bilancia” ed il “totale”.