

Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Pedrosa (BO)

Bologna, 19/03/2025
Riferimento offerta: IQC 01-23B del 27/01/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 2839-25
DETERMINAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA SUPERFICIALE

METODO DI PROVA/ CAMPIONAMENTO

Metodo di campionamento:
UNI EN 17141:2021 Annex E escluso E.2.1.3

Metodo di prova:
USP-NF 2024 Issue 3 par 1116

MATERIALE IN ESAME

Denominazione: Piastre Rodac Petri SUP 25 cm² contenenti TSA con neutralizzante (Tryptone Soya Agar)
Unità analizzate: N.9 piastre SUP contenenti TSA + neutralizzante

CAMPIONAMENTO

Stabilimento: Montecatone Rehabilitation Institute sito in via Montecatone, 37 – Imola (BO)

Data e ora del campionamento: 27/02/2025 dalle ore 6:00 alle ore 7:15

Strumento utilizzato per i prelievi: piastre da contatto RODAC

Descrizione locali: SALETTA OPERATORIA

Persone presenti in reparto: 1 operatore

Operatività delle sale: N/A

Temperatura di trasporto: T.max 6,5°C-T min. 1,3°C

Numero di ricevimento: 250227-22

Data di ricevimento campione: 27/02/2025

Tempo e temperatura di incubazione TSA: 32,5± 2,5°C per 3 giorni + 22± 2°C per 5 giorni

Data lettura piastre TSA: 02/03/2025 per i mesofili aerobi

Data lettura piastre TSA 07/03/2025 per i miceti

(R.P. 2839-25)

Page 1/4

Microrganismi sulle superfici

Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria pavimento 1	5	< 1	< 6	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomonas spp*		Aspergillus spp*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria pavimento 2	8	< 1	< 9	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomonas spp*		Aspergillus spp*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria armadietto metallo	5	< 1	< 6	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomonas spp*		Aspergillus spp*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria carrello	5	< 1	< 6	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomonas spp*		Aspergillus spp*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	

Microrganismi sulle superfici

Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria parete 1	< 1	< 1	< 2	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*			Enterobacteriaceae*
	Assente / piastra			Assente / piastra
	Pseudomonas spp*			Aspergillus spp*
	Assente / piastra			Assente / piastra
Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria parete 2	< 1	< 1	< 2	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*			Enterobacteriaceae*
	Assente / piastra			Assente / piastra
	Pseudomonas spp*			Aspergillus spp*
	Assente / piastra			Assente / piastra
Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria lavello	< 1	< 1	< 2	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*			Enterobacteriaceae*
	Assente / piastra			Assente / piastra
	Pseudomonas spp*			Aspergillus spp*
	Assente / piastra			Assente / piastra
Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria maniglia scialitica	9	< 1	< 10	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*			Enterobacteriaceae*
	Assente / piastra			Assente / piastra
	Pseudomonas spp*			Aspergillus spp*
	Assente / piastra			Assente / piastra

Microrganismi sulle superfici

Posizione	Mesofili aerobi	Miceti	Somma	Unità di misura
Saletta operatoria tavolino metallo	< 1	< 1	< 2	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*			Enterobacteriaceae*
	Assente / piastra			Assente / piastra
	Pseudomonas spp*			Aspergillus spp*
	Assente / piastra			Assente / piastra

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Analisi effettuata da: Enrica Rea

Note

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia

